

COMUNICADO IMPORTANTE

A Inspirar informa que os ventiladores pulmonares VI-C19 devem sempre estar conectados à energia elétrica, com a chave LIGA/DESLIGA na posição ligada, mesmo que ainda não sejam colocados em operação.

A conexão do equipamento na energia elétrica evita danos à bateria e garante o funcionamento pleno da mesma. Se houver a necessidade de desligar o VI-C19, o mesmo deve permanecer conectado à energia.

A não conexão do equipamento na energia pode comprometer o funcionamento do equipamento.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecimentos através do nosso chat no site da Inspirar (www.projetoinspirar.com.br) ou pelo 0800 04 206 14.

Atenciosamente

Inspirar.

Belo Horizonte, outubro, 2020.